



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
1<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αθήνα, 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2024

Τεχνικές προδιαγραφές χειρουργικών εργαλείων

1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 ή ισοδύναμο. Να πιστοποιητικό ανάλυσης του μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο πρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο. Το τελικό φινίρισμα να είναι MAT.
2. Τα εργαλεία να φέρουν:
  - I. Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ίδιου εργοστασίου.
  - II. Την επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας.
  - III. Το αριθμό σειράς (serial number) και ημερομηνία κατασκευής.
  - IV. Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα.
  - V. Το εργοστάσιο κατασκευής.
  - VI. CE Mark.
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας των εργαλείων για 10 (δέκα) έτη.
4. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά:
  - I. ISO εργοστασίου κατασκευής
  - II. ISO προμηθεύτριας εταιρείας για εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
  - III. Χώρα κατασκευής από το ίδιο εργοστάσιο
  - IV. CE πιστοποίησης χειρουργικών εργαλείων.
5. Να υπάρχει δυνατότητα της εταιρείας για άμεση συντήρηση των εργαλείων με αποδεδειγμένη τεχνική υπηρεσία.
6. Να κατατεθούν με την προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα των αιτούμενων εργαλείων. Να αναγράφεται η σελίδα του επίσημου καταλόγου του εργοστασίου που εικονίζεται ο προσφερόμενος κωδικός εργαλείου.
7. Να είναι τυπωμένη στο σώμα του εργαλείου η χρονολογία κατασκευής-παράδοσης και το λογότυπο της χειρουργικής κλινικής που τα χρησιμοποιεί.
8. Τα εργαλεία που θα παραδοθούν να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

Ο Διευθυντής της Κλινικής