


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Λεωφ. Μεσογείων 154
Τ.Κ.11527



1^η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 22404
ΗΜΕΡΑ: 23/07/2019



ήγη 23/7/2019

Προς
Τμήμα Προμήθειών
ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς»

ΘΕΜΑ: « Πρακτικό Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατρικής γάλας»

Τα μέλη της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Ιατρική Γάλας» ,

τα οποίοι οριστήκαμε με την υπ αριθμ. 22219/19-7-2019 απόφαση Διοικητή , σας καταθέτουμε το οριστικό Πρακτικό Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα , καθώς και τον προσδιορισμό των ποσοτήτων των ειδών .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενική Προδιαγραφή Ειδών: Όλα τα προσφερόμενα είδη γάλας θα πρέπει να φέρουν το σήμα CE, το οποίο θα συνοδεύεται με έγγραφη κοινοποίηση στοιχείων στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) . Δήλωση συμμόρφωσης της συμμετέχουσας εταιρείας ή κατασκευαστή δεν θα γίνεται δεκτή.

Ανα ζητούμενο είδος οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα.

α/α	Είδος
1.	ΤΟΛΥΜΙΑ ΓΑΛΑΣ 8Χ8 (ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ) Χ-RAY ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 8000 ΤΕΜΑΧΙΑ

2.	ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ 10X10 CM, ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 7000 ΤΕΜΑΧΙΑ
3.	ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ 10X30 CM ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5000 ΤΕΜΑΧΙΑ
4.	ΓΑΖΑ 7,5 X 7,5 CM ΑΠΛΗ 12 PLY ΕΝΔ.ΤΡΙΜ.ΠΟΣΟΤΗΤΑ 100.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. Επιθέματα γάζας 7,5x7,5cm απλά 12 PLY, από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα , με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Έτοιμη διπλωμένη γάζα ανά τεμάχιο (χωρίς ατέλειες , ξέφτια η χνούδια) με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία με πυκνότητα 13 κλωστών / cm² και βάρους τουλάχιστον 18gr/m²).
5.	ΓΑΖΑ 10X10 CM ΑΠΛΗ 12 PLY ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 180.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. Επιθέματα γάζας 10x10cm απλά 12 PLY, από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, , με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Έτοιμη διπλωμένη γάζα ανά τεμάχιο (χωρίς ατέλειες , ξέφτια η χνούδια) με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία με πυκνότητα 13 κλωστών / cm² και βάρους τουλάχιστον 18gr/m²).
6.	ΓΑΖΑ 10X10 CM X-RAY 12 PLY ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 180.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. Επιθέματα γάζας 10x10cm ακτινοσκοπερά X-RAY 12 PLY. Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα , με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη διπλωμένη γάζα ανά τεμάχιο (χωρίς ατέλειες , ξέφτια η χνούδια) με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία με πυκνότητα 20κλωστών / cm² και βάρους τουλάχιστον 27gr/m²). Να έχουν υφασμένο ακτινοσκοπερό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θείου βαρίου σε όλο το μήκος της

	γάζας. Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία . Το δίπλωμα να είναι Αμερικάνικου τύπου.
7	GAZA 10X20 CM ΑΠΛΗ 12 PLY ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 300.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. Επιθέματα γάζας 10x20cm απλά 12 PLY, από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα , με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Έτοιμη διπλωμένη γάζα ανά τεμάχιο (χωρίς ατέλειες , ξέφτια ή χνούδια) με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία με πυκνότητα 13 κλωστών / cm² και βάρους τουλάχιστον 17gr/m²).
8	GAZA 10X20 CM X-RAY 12 PLY ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 100.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. Επιθέματα γάζας 10x20cm ακτινοσκοιερά X-RAY 12 PLY. Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα , με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη διπλωμένη γάζα ανά τεμάχιο (χωρίς ατέλειες , ξέφτια ή χνούδια) με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία με πυκνότητα 20κλωστών / cm² και βάρους τουλάχιστον 27gr/m²). Να έχουν υφασμένο ακτινοσκοιρό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θείου βαρίου σε όλο το μήκος της γάζας. Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία. Το δίπλωμα να είναι Αμερικάνικου τύπου.
9	GAZA 10X20 CM X-RAY 16 PLY ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 130.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. Επιθέματα γάζας 10x20cm ακτινοσκοιερά X-RAY 16 PLY. Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα , με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη διπλωμένη γάζα ανά τεμάχιο (χωρίς ατέλειες , ξέφτια ή χνούδια) με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία με πυκνότητα 20κλωστών / cm² και βάρους τουλάχιστον 27gr/m²). Να έχουν υφασμένο ακτινοσκοιρό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θείου βαρίου σε όλο το μήκος της γάζας. Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία. Το δίπλωμα να είναι

	Αμερικάνικου τύπου.
10	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 100 Μ Γάζα απορροφητική , 100% βαμβακερή κατασκευασμένη από υδρόφιλο νήμα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, άοσμη, να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση, καθαρή δίχως ατέλειες (ξέφτια , χνούδια , ελαττώματα ύφανσης), να έχει πυκνή ύφανση (πάνω από 13 κλωστές ανά cm² και βάρους 17gr/m²), να μπορεί να διπλωθεί πολλές φορές, χωρίς να ξεφτίζουν τα νήματα . Η γάζα να έχει διαστάσεις 90X100 , να είναι συσκευασμένη σε με μορφή αναδίπλωσης (ζικ-ζακ) του ενός μέτρου η σε φύλλα με τη μια διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.
11	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ X-RAY 2,6X1,2Μ ΔΙΦΥΛΛΗ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ. ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. Γάζα λαπαροτομίας ακτινοσκοπή (X-RAY) 2,6X1,2m υδρόφιλη ,100% βαμβακερή, υψηλής απορροφητικότητας , καθαρή , λευκή, άοσμη δίχως ατέλειες(χνούδια , ξέφτια). Απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Η πυκνότητα της ύφανσης να είναι 18 κλωστών και πάνω και το βάρος τουλάχιστον 24 gr/m². Το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση και η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι δίφυλλη διπλωμένη στο χέρι . Επίσης πρέπει να φέρει βαριούχο ακτινοσκοπικό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θείου βαρίου ανά φύλλο πλεγμένο κατά μήκος της γάζας και να είναι ορατό ακτινογραφικά ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Θα πρέπει να είναι διπλωμένες ανά τεμάχιο , συσκευασμένες εσωτερικά σε νάιλον, και εξωτερικά σε χάρτινο κιβώτιο, όπου θα αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.
12	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΛΗ 2,6X1,2Μ ΔΙΦΥΛΛΗ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ. ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 18.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. Γάζα απλή λαπαροτομίας .Να είναι υδρόφιλη, άριστης ποιότητας ,100% βαμβάκι, υψηλής απορροφητικότητας, λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες , ελαττώματα ύφανσης (σχισίματα κ.λ.π) . Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με πυκνότητα τουλάχιστον 13 κλωστών και βάρους 17gr/m², με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι διπλωμένη στο

	χέρι 2,6X1,2 m. Θα πρέπει να είναι διπλωμένες ανά τεμάχιο, συσκευασμένες εσωτερικά σε νάilon και εξωτερικά σε χάρτινο κιβώτιο, όπου θα αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων.
13	GAZA 5X5 CM ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ X-RAY ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. Επιθέματα γάζας 5x5cm ακτινοσκοιέρη X-RAY 12 PLY. Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα , με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη διπλωμένη γάζα ανά τεμάχιο (χωρίς ατέλειες , ξέφτια η χνούδια) με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία με πυκνότητα 20κλωστών / cm² και βάρους τουλάχιστον 27gr/m²). Να έχουν υφασμένο ακτινοσκοιέρο νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου σε όλο το μήκος της γάζας. Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία
14	ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ 1X50 MM X-RAY ΕΝΔ. ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. Γάζα απορροφητική , 100% βαμβακερή κατασκευασμένη από υδρόφιλο νήμα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, άοσμη, να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση, καθαρή δίχως ατέλειες (ξέφτια , χνούδια , ελαττώματα ύφανσης), να έχει πυκνή ύφανση (πάνω από 13 κλωστές ανά cm² και βάρους 17gr/m²), να μπορεί να διπλωθεί πολλές φορές, χωρίς να ξεφτίζουν τα νήματα . Η γάζα να έχει διαστάσεις 90x100 , να είναι συσκευασμένη σε μορφή αναδίπλωσης (ζικ-ζακ) του ενός μέτρου η σε φύλλα με τη μια διάσταση 90cm σε απαράβιαστη συσκευασία ανά πακέτο.
15	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 10cm ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΕΝΔ ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 Να είναι κατασκευασμένες από βαμβακερό αραιό υφασμένο ύφασμα διαποτισμένο ομοιόμορφα με γύψο. Να είναι σε μορφή ρολών, να διαθέτουν πυρήνα διάτρητο που επιτρέπει την είσοδο νερού. Να περιέχουν ικανή ποσότητα κόνεως γύψου(βάρους γυψοταινίας προς μήκος). Να διαβρέχονται πλήρως και σε όλο το βάθος τους. Να έχουν μικρή εξώθερμη αντίδραση και διαβρεχόμενες μικρή απόλεια

	γύψου. Να διαβρέχονται πλήρως σε χρόνο μερικών δευτερολέπτων. Ο χρόνος πήξης να είναι 2-3min. Να επικολλάται καλά (συνδέεται στερεά),το ένα στρώμα με το επόμενο της γυψοταινίας. Να είναι κατασκευασμένες σε στεγανό περίβλημα και να αναφέρονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις
16	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 15cm ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΕΝΔ ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 900 Να είναι κατασκευασμένες από βαμβακερό αραιό υφασμένο ύφασμα διαποτισμένο ομοιόμορφα με γύψο. Να είναι σε μορφή ρολών, να διαθέτουν πυρήνα διάτρητο που επιτρέπει την είσοδο νερού. Να περιέχουν ικανή ποσότητα κόνεως γύψου(βάρος γυψοταινίας προς μήκος). Να διαβρέχονται πλήρως και σε όλο το βάθος τους. Να έχουν μικρή εξώθερμη αντίδραση και διαβρεχόμενες μικρή απώλεια γύψου. Να διαβρέχονται πλήρως σε χρόνο μερικών δευτερολέπτων. Ο χρόνος πήξης να είναι 2-3min. Να επικολλάται καλά (συνδέεται στερεά),το ένα στρώμα με το επόμενο της γυψοταινίας. Να είναι κατασκευασμένες σε στεγανό περίβλημα και να αναφέρονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις
17	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 20cm ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΕΝΔ ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 Να είναι κατασκευασμένες από βαμβακερό αραιό υφασμένο ύφασμα διαποτισμένο ομοιόμορφα με γύψο. Να είναι σε μορφή ρολών, να διαθέτουν πυρήνα διάτρητο που επιτρέπει την είσοδο νερού. Να περιέχουν ικανή ποσότητα κόνεως γύψου(βάρος γυψοταινίας προς μήκος). Να διαβρέχονται πλήρως και σε όλο το βάθος τους. Να έχουν μικρή εξώθερμη αντίδραση και διαβρεχόμενες μικρή απώλεια γύψου. Να διαβρέχονται πλήρως σε χρόνο μερικών δευτερολέπτων. Ο χρόνος πήξης να είναι 2-3min.

	Να επικολλάται καλά (συνδέεται στερεά), το ένα στρώμα με το επόμενο της γυψοταινίας. Να είναι κατασκευασμένες σε στεγανό περίβλημα και να αναφέρονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις.
18	ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ (ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ) 5cm ΕΝΑ ΤΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 4100. Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία από συνθετικό μετάξι υψηλής ποιότητας, η οποία θα είναι υποαλλεργική. Να είναι μικροπορώδης επιτρέποντας την αναπνοή του δέρματος. Να κόβεται εύκολα με το χέρι. Να έχει υποαλλεργική συγκολλητική ουσία στην μία όψη. Να μην ερεθίζει το δέρμα. Να παρέχει ισχυρή και σταθερή συγκόλληση.
19	ΓΑΖΑΣ 10 X 20 CM 24 PLAY X-RAY Γάζα 10x20 ακτινοσκοπική X-RAY 24 PLAY, Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη διπλωμένη γάζα ανά τεμάχιο (χωρίς ατέλειες, ξέφτια ή χνούδια) με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία με πυκνότητα 20 κλωστών/cm² και βάρους τουλάχιστον 27gr/m². Να έχουν υφασμένο ακτινοσκοπικό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου σε όλο το μήκος της γάζας. Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία. Το δίπλωμα να είναι Αμερικάνικου τύπου.

23/4/19

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ
Γ. Μ. Π. Α. Ε.
Α. Μ. Τ. Α. Ε. (2017)

4.

2.

3.