

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (Ε.Ν.Λ.)

Αρ. Πρ. 33469

Αθήνα 21/12/2022

Προς

- Διευθύντριες/τές των ιατρικών τμημάτων
- Προϊστάμενες/ους των νοσηλευτικών τμημάτων, χειρουργείων, εργαστηρίων και ιατρείων
- Γραφείο προμηθειών

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια απολυμαντικού υγρού ενδοσκοπίων (γαστροσκοπίων, υπερηχο – γαστροσκοπίων, κολonosκοπίων) με εμβάπτιση

- Απαραίτητη είναι η υψηλού βαθμού απολύμανση.
- Η παρουσία στη σύνθεση αλδευδών θεωρείται απαραίτητη (εκτός φορμαλδεύδης).
- Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (για ιούς με και χωρίς περίβλημα), μυκοβακτηριδιοκτόνο και σποροκτόνο.
- Να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων του νοσοκομείου.
- Να φέρει επισήμανση CE.
- Υψηλού βαθμού απολύμανση σε χρόνο τουλάχιστον 20 λεπτών συμπεριλαμβανομένου και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης.
- Να μην είναι διαβρωτικό και οξειδωτικό
- Να μην είναι ερεθιστικό και να είναι φιλικό προς το χρήστη.
- Η σύστασή του να παραμένει σταθερή κατά την αποθήκευση και χρήση
- Να πιστοποιείται η ικανότητα δράσης του διαλύματος με ταινίες- δείκτες καταλληλότητας και να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του απολυμαντικού που θα αξιολογηθεί.

**Η Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης της ΕΝΛ**

**Ο Πρόεδρος**

**Η Αντιπρόεδρος**

Αδάμης Γεώργιος

Ορφανίδου Μαρία

**Οι Νοσηλεύτριες της ΕΝΛ**

Μερξιώτη Χριστίνα

Σατσάνη Μελπομένη